

# *ARPA Molise*

**CAPITOLATO TECNICO**

**GARA- CIG 0747451014**

## PREMESSA

L'ARPA Molise deve provvedere ad allestire la nuova sede laboratoristica del Dipartimento Prov.le di Campobasso e, pertanto, richiede le cappe chimiche da laboratorio con le seguenti caratteristiche minime:

### **CAPPA CHIMICA ASPIRANTE CON BOX FILTRI A CARBONE ATTIVO A BORDO CAPPA ED ESPULSIONE ESTERNA IN POSIZIONE REMOTA**

**RIF. 46), 53), 66), 60), 54) e 123)**

#### **Quantità n°6**

TIPOLOGIA **Cappa chimica aspirante con box filtri a carbone attivo a bordo cappa.**

DIMENSIONI INGOMBRO (cm) **180x95x90/250h** ( +/- 5% )

Allegare, a pena di esclusione dalla gara, il certificato rilasciato da riconosciuto Ente Certificatore ai sensi della norma En 14175 P.1-2-3-6.

Allegare, a pena di esclusione dalla gara, il Test Report relativo al certificato di cui sopra e che dovrà riportare tutti i risultati delle prove previste dalla norma.

- n°2 Spalle laterali realizzate in lamiera di acciaio spessore almeno 1,5 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antigraffio ed antiacido o in nobilitato ignifugo in classe 1.
- n°1 Saliscendi manuale verticale con elementi a scorrimento manuale orizzontale in cristallo di sicurezza antisfondamento.
- n°1 Piano di lavoro in gres monolitico con bordo perimetrale antidebordante.
- n°1 Dispositivo automatico di blocco del saliscendi verticale al superamento della soglia di cm 50 di altezza dal piano di lavoro con allarme acustico e visivo.
- n°1 Dispositivo automatico di blocco del saliscendi verticale in caso di rottura cavi sostegno dello stesso.
- n°2 Armadio sottocappa per stoccaggio prodotti chimici acidi e basi dim. circa cm 80, costruzione in lamiera di acciaio verniciata epossidica antiacido o in nobilitato ignifugo in classe 1, cerniere interne antiacide.  
Allestimento per cad. armadio:
  - Ante a battente con serratura.
  - Due ripiani interni a vassoio in lamiera verniciata regolabili in altezza.
  - Vasca di raccolta inox.
  - Aspiratore supplementare con allacciamento a tubazione espulsione cappa.

**n°1 Sistema di controllo dell'efficienza** di aspirazione della cappa ai sensi della norma En 14175.

n°1 Sistema di aspirazione a portata variabile **atto a mantenere costante la velocità del flusso dell'aria aspirata al variare dell'apertura da parte dell'operatore del fronte anteriore della cappa sia in senso verticale ( mediante il saliscendi ) che in orizzontale ( mediante l'apertura dei vetri scorrevoli orizzontalmente )**.

#### **Servizi idraulici a corredo:**

n°1 Set pannello fluidi con vaschetta.

- n°1 Erogatore per acqua fredda.
- n°1 Erogatore per vuoto.
- n°1 Erogatore per gas metano a chiusura a scatto di sicurezza.
- n°1 Erogatore per gas tecnico azoto con riduttore di pressione II stadio, regolazione 0,5-8 bar con manometro, valvola dosatrice.

**Servizi elettrici a corredo:**

- n°1 Quadro elettrico IP 44 corredato da n°4 prese schuko IP 44 da 220V 2p+t 10/16A con protezione magnetotermica.
- n°1 Foro passacavi
- n°1 plafoniera fluorescente ADFT a doppio isolamento
- n°1 Interruttore on/off generale IP 44
- n°1 Interruttore on/off comando luce 44
- n°1 Interruttore on/off comando aspirazione IP 44
- n°1 Interruttore magnetometrico automatico 6° protezione luce

**Completa inoltre di:**

- n°1 Box in PVC a bordo cappa con 5-6 filtri a carbone attivo e prefiltro aria.
- n°1 Aspiratore trifase di adeguata portata in posizione esterna alla struttura completo dei pezzi speciali in pvc per l'allacciamento alla tubazione in PVC predisposta in laboratorio.  
Aspiratore montato su sediola in PVC con girante e coclea in PP antiacido e camino antipioggia di espulsione fumi.

Il motore elettrico dovrà essere opportunamente protetto con apposita copertura.

A bordo estrattore dovrà essere montato un interruttore a pacco on/off min IP 54 per garantire sicurezza in caso di manutenzione dello stesso.

SEZIONE IMPIANTI INTERNI.

**FORNITURA – MODALITA' OPERATIVE- PENALITA'**

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a suo completo carico, tutte le operazioni necessarie alla posa in opera ed al corretto funzionamento di quanto richiesto (compresi eventuali allacci alle varie utenze), inclusi i materiali utilizzati.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad un incremento o ad una diminuzione degli strumenti aggiudicati, ai medesimi costi di gara, per la durata di 1 anno dalla data dell'offerta.

La ditta si impegna a rendere disponibile quanto aggiudicato entro 40 giorni dalla data di stipula del contratto; scaduto tale termine la consegna della fornitura dovrà effettuarsi entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta dell'Agenzia, in mancanza verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3% dell'importo della fornitura (Iva esclusa).

**CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

Il pagamento della fornitura avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi della normativa vigente, che dovrà essere emessa successivamente alla data della consegna

La ditta aggiudicataria assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.. La ditta comunicherà tutte le eventuali variazioni che dovessero intercorrere fino all'avvenuto pagamento.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni,

né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora la ditta aggiudicataria non adempia ad effettuare la fornitura aggiudicata l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandato diretto intestati all'impresa appaltatrice.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente, non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

## **CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che ARPA Molise dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% (ex art. 113 del D.Lgs. 163/06) dell'importo contrattuale complessivo, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione resterà vincolata fino all'avvenuto collaudo.

## **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure operative in sicurezza;
- qualità del lavoro non soddisfacente;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione la Ditta non potrà accampare alcun diritto d'indennità.

## **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto e la sua registrazione.

## **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

## **FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente. Il Foro di Campobasso è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Campobasso, ..... 2010

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Dr. Luigi PETRACCA)*